

Wpisany przez Adrianna Zalewska
środa, 26 lutego 2014 14:12

Dotyczy: postępowania nr PN-9/14 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia medycznego dla Oddziału Klinicznego Radioterapii.

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii przesyła poniżej skorygowaną odpowiedź na pytanie nr 89:

Pytanie nr 89:

Lampa zabiegowa sufitowa- 3 szt.

Czy Zamawiający dopuści lampę z natężeniem światła w odległości 1m na poziomie 55 000 Lux?

Odpowiedź nr 89:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, przedstawiony parametr znacząco odbiega od wartości określonej w SIWZ.

W związku z powyższym zmianie ulegają następujące terminy:

Termin złożenia ofert: do 3.03.2014 r. do godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: 3.03.2014 r. o godz. 10:15.

Miejsce złożenia oraz miejsce otwarcia ofert nie ulegają zmianie.